

K.B. 14.1.2026 B.S. 30.1.2026
In werking 1.1.2026

- **Wijzigen**
- **Invoegen**
- **Verwijderen**

Artikel 19 – TOEPASSINGSREGELEN : RADIOTHERAPIE EN RADIUMTHERAPIE

"Art. 19. § 1. De verstrekkingen opgenomen in artikel 18, § 1 worden enkel vergoed aan rechthebbenden die voldoen aan één van de hierna vermelde criteria of lijden aan één van hierna vermelde aandoeningen:

Categorie 1

Patiënten behandeld met uitwendige bestraling wegens volgende maligne en niet-maligne aandoeningen :"

"Maligne tumoren :

- metastasen (bot, hersenen, huid, lever, ~~weke delen~~ weke delen, borst)
- bestralingen met curatief oogmerk waarbij minder dan 11 fracties worden toegediend."

"Niet-maligne aandoeningen :

- heterotopie botaanmaak (curatieve bestraling, geen preventieve bestraling)
- hypersplenisme (miltbestraling)
- radiocastratie (ovarieel)
- preventie gynecomastie (bestraling borst bij prostaatcarcinoom)
- Graves' exophthalmie"

...

Categorie 3"

"- Driedimensionele behandelingen bij patiënten van categorie 2 wegens hersentumoren, hoofd-hals tumoren (behalve larynx T1N0 en T2N0), longtumoren, pancreastumoren, pelvische tumoren, slokdarmtumoren, maagtumoren, ~~weke delen tumoren~~ weke delen tumoren en borsttumoren."

"- Mantelvelden (ziekte van Hodgkin) of infradiafragmatische complexe grote velden (ziekte van Hodgkin, testis of ovarium-carcinomen of lymfomen).

- Complexe velden voor medulloblastomen of ependymomen en andere kindertumoren."

"- Hyperfractionering bij patiënten van categorie 2."

"Categorie 4

- Totale lichaamsbestraling in het kader van een beenmergtransplantatie.

- Peroperatieve elektronenbestraling of fotonenbestraling via lineaire versneller uitgerust met specifieke applicatoren.

De dosimetrische karakteristieken van de applicatoren moeten individueel voor elke beschikbare elektronenergie in 3 dimensies zijn opgemeten.

- Totale huid elektronentherapie (minimaal 15 fracties).

De dosimetrische karakteristieken van de gebruikte velden en hun aansluitingen moeten opgemeten zijn."

"- Radiotherapie met gemoduleerde intensiteit (IMRT) bij patiënten van categorie 3 volgens één der volgende technieken :
tomotherapie, statische gesegmenteerde bundels (min 15 segmenten), dynamische multileafcollimatie (sliding window, close-in, dynamische wig is geen IMRT), patiëntindividueel vervaardigde compensatoren of IMAT.

~~Minstens 15 fracties dienen volgens IMRT toegediend te worden.~~

"Minstens 15 fracties dienen volgens IMRT toegediend te worden, behalve bij een patiënt uit categorie 3 met een borsttumor, waar een bestralingsreeks van 5 fracties met minimum 5 Gy per fractie volgens IMRT eveneens aangerekend kan worden. "

Voor de technieken met statische bundelincidenties, dienen de berekende fluentieprofielen van elke bundel bij het patiëntdossier te worden gevoegd."

...

"§ 1bis. Onder complexe uitwendige bestraling wordt verstaan een bestraling waarbij het doelgebied is omschreven aan de hand van een CT en/of kernspintomografie van minstens 20 vlakken waarbij in minstens 10 vlakken het doelgebied en plaats van de kritieke organen werd vastgelegd op basis waarvan individuele bestralingsopzetten worden vervaardigd.

...

Onderscheiden doelgebieden die simultaan met curietherapie worden behandeld mogen per doelgebied worden aangerekend en vergoed (bv. simultane curietherapie van onderscheiden huidtumoren, van beide borsten, ...).

"Borstbestraling is inclusief alle geïndiceerde doelgebieden, zoals bestraling van de aanliggende klierstreken en inclusief alle vormen van bestraling zoals sequentiële, intra-operatieve of geïntegreerde bestraling van het tumorbed, met name de boost. Hiervoor is een cumul tussen categorie 1, 2, 3, 4 of 4bis niet toegestaan. Enkel een eventuele curietherapie kan bijkomend aangerekend worden. "

Onder doelgebied wordt verstaan de tumor zelf, met een veiligheidsmarge om medisch en fysische redenen, samen met aangrenzende weiknoopgebieden die in dezelfde zitting worden behandeld.