

K.B. 8.9.2025 B.S. 15.9.2025
In werking 1.11.2025

- **Wijzigen**
- **Invoegen**
- **Verwijderen**

Artikel 31 – AUDICIENS

"**Artikel 31.** Worden geacht tot de bevoegdheid te behoren van de audiciens (S):"

...

"II. VERGOEDINGSVOORWAARDEN

...

"2.5. Forfaitaire verzekeringstegemoetkoming voor een deel van gemaakte materiële kosten

...

~~Voor het toestaan van de forfaitaire verzekeringstegemoetkoming moet het voorschrift voor de testen en het getuigschrift van aflevering aan het ziekenfonds worden bezorgd."~~

" Voor het toestaan van de forfaitaire verzekeringstegemoetkoming moet het voorschrift voor de testen en het getuigschrift van aflevering aan het ziekenfonds worden bezorgd. De redenen van de mislukte proef dienen bijgehouden te worden in het medisch dossier van de rechthebbende. Deze informatie kan door de adviserend arts en/of de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering worden opgevraagd"

...

"IV. AANVRAAGDOCUMENTEN

...

"4.3. COSI-Vragenlijst

~~Voor het opmaken van de COSI-vragenlijst dient het model gebruikt te worden dat is vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op voorstel van de Overeenkomstencommissie audiciens-verzekeringsinstellingen.~~

De COSI-vragenlijst moet alle inhoudelijke elementen vermelden die voorkomen op het model vervat in bijlage 17bis van de Verordening van 28 juli 2003. Dit model is vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op voorstel van de Overeenkomstencommissie audiciens-verzekeringsinstellingen. "

...

V. HERNIEUWINGSTERMIJNEN

...

"5.2. Uitzonderingen

~~a) De aflevering van een contralaterale toerusting heeft geen invloed op deze hernieuwingstermijnen. Bij de aflevering van een contralaterale toerusting zijn bovenvermelde hernieuwingstermijnen van toepassing vanaf de datum van de aflevering van de aanvankelijke monofonische toerusting."~~

~~"b) Als vóór de leeftijd van 3 jaar een eerste toerusting van het type kastapparaat is afgeleverd, mag vóór het verstrijken van de hernieuwingstermijn van 3 jaar één keer een bijkomend toestel van een ander type dan het type kastapparaat worden vergoed voor een kind jonger dan 6 jaar. Elke aanvraag voor het bijkomend toestel moet worden voorgelegd aan de adviserend arts en moet vergezeld zijn van een verslag waarin de evolutie van het gehoorverlies van de rechthebbende wordt aangetoond.~~

De aflevering van een contralaterale toerusting heeft geen invloed op deze hernieuwingstermijnen. Bij de aflevering van een contralaterale toerusting zijn bovenvermelde hernieuwingstermijnen van toepassing vanaf de datum van de aflevering van de aanvankelijke monofonische toerusting."

...

"VI. MINIMUMKARAKTERISTIEKEN VAN DE VERGOEDBARE HOORTOESTELLEN

~~Een verzekeringstegemoetkoming wordt toegestaan enkel indien de hoortoestellen aan de volgende karakteristieken voldoen :~~

~~1. De hoortoestellen moeten digitaal zijn, met de uitzondering van de analoge Super Power Hoortoestellen en de toestellen ter correctie van het gehoor met beengeleiding.~~

~~De analoge Super Power Hoortoestellen moeten in staat zijn om gehoorverlies van minstens 75 dB verlies of een permanente air bone gap van 30 dB of meer in combinatie met een verlies van minstens 60 dB, op één van beide oren te corrigeren.~~

~~2. Ze moeten zo opgevat en uitgewerkt zijn zodat ze een normaal gebruik van 5 jaar toelaten. Het mogen geen tweedehandsapparaten zijn."~~

~~"K.B. 22.10.2012" (in werking 1.12.2012) + "K.B. 25.11.2018" (in werking 1.2.2019)~~

~~"3. De hoortoestellen moeten voorzien zijn van een oorspronkelijk ingebouwde tonaliteitscontrole en maximum uitgangsbegrenzer die, via een afgedekte trimmer of door software, door de audicien kan ingesteld worden.~~

~~4. De hoortoestellen, met uitzondering van de Super Power Hoortoestellen en de toestellen ter correctie van het gehoor met beengeleiding, moeten :~~

~~—een minimum frequentiebereik tot 5 500Hz hebben.~~

~~—over niet lineaire versterking (AGCI met knikpunt onder 60 dBSPL = Dynamic Range Compression) kunnen beschikken met als doelstelling het zich automatisch aanpassen aan de akoestische omgeving.~~

~~—een distorsieniveau hebben dat lager is dan 5 % op de frequenties 800-1 600 Hz."~~

"VI. MINIMUMKARAKTERISTIEKEN VAN DE VERGOEDBARE HOORTOESTELLEN

6.1. Klassieke hoortoestellen met luchtgeleiding

Volgende minimumkarakteristieken gelden voor klassieke hoortoestellen met luchtgeleiding:

1. Het toestel maakt gebruik van digitale signaalverwerking
2. Het toestel heeft bij normaal gebruik een levensduur van minstens 5 jaar
3. Het toestel is geen tweedehandstoestel.
4. Het toestel is voorzien van een oorspronkelijk ingebouwde tonaliteitscontrole en maximum uitgangsbegrenzer die, via een afgedekte trimmer of door software, door de audicien ingesteld kan worden
5. Het frequentiebereik gaat minimaal tot 5 500 Hz.
6. Het toestel beschikt over niet lineaire versterking (AGCI met knikpunt onder 60 dBSPL = Dynamic Range Compression) met als doel zich automatisch aan de akoestische omgeving aan te passen.
7. Het distorsieniveau is lager dan 5% op de frequenties 800 – 1 600 Hz.

6.2. Super Power hoortoestellen

Volgende minimumkarakteristieken gelden voor Super Power hoortoestellen:

1. Het toestel heeft bij normaal gebruik een levensduur van 5 jaar.

2. Het toestel is geen tweedehandstoestel

3. Het toestel is voorzien van een oorspronkelijk ingebouwde tonaliteitscontrole en maximum uitgangsbegrenzer die, via een afgedekte trimmer of door software, door de audicien ingesteld kan worden.

4. Analoge Super Power hoortoestellen moeten in staat zijn om gehoorverlies van minstens 80 dB verlies of een permanente air-bone gap van 30 dB of meer in combinatie met een verlies van minstens 60 dB, op één van beide oren te corrigeren.

6.3. Hoortoestellen met beengeleiding

Volgende minimumkarakteristieken gelden voor hoortoestellen met beengeleiding:

1. Het toestel heeft bij normaal gebruik een levensduur van 5 jaar.

2. Het toestel is geen tweedehandstoestel

3. Het toestel is voorzien van een oorspronkelijk ingebouwde tonaliteitscontrole en maximum uitgangsbegrenzer die, via een afgedekte trimmer of door software, door de audicien ingesteld kan worden."

...

VIII. AANVRAAGPROCEDURE VOOR DE LIJST VAN AANGENOMEN PRODUCTEN

...

~~6. Een technische fiche gebaseerd op de IEC norm (International Electrotechnical Commission) 60118. Op deze fiche, bevindt zich, naast de complete beschrijving van het type van het hoorapparaat, het breedbandsignaal en het niveau van vervorming in de frequenties 800 en 1 600 Hz.~~

"6. Een technische fiche gebaseerd op de relevante IEC norm (International Electrotechnical Commission). Op deze fiche, bevindt zich, naast de complete beschrijving van het type van het hoorapparaat, het breedbandsignaal en het niveau van vervorming in de frequenties 800 en 1 600 Hz."

...

~~8. Een bijkomende documentatie die aantoont dat het apparaat kan beschikken over een systeem van niet lineaire versterking (AGC met knikpunt onder 60 dB SPL = Dynamic Range Compression) met als doelstelling dat het zich automatisch aanpast aan de akoestische omgeving. Dit kan eventueel gebeuren via een screenshot van het instelprogramma. Deze bijkomende documentatie is enkel nodig wanneer deze informatie niet opgenomen is op de technische fiche.~~

"8. Een verklaring die aangeeft dat het apparaat beschikt over

- een systeem van niet lineaire versterking (AGC met knikpunt onder 60 dB SPL = Dynamic Range Compression) met als doelstelling dat het zich automatisch aanpast aan de akoestische omgeving.

- Maximale output begrenzing (MPO) met als doelstelling de gebruiker niet bloot te stellen aan een onveilige geluidsdruk."